File #	040112-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 1.5S φ35.7(I.D)	SUS304	1	4-005202
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	M	SUS304	2	
6	レバーバンド	B-27	SUS304	1	
7	ガスケット	LP-27	シリコンゴム	1	
8	密閉蓋	L-27 (t0.8)	SUS304	1	







A-A

注記
容量：容器本体 15L
ジャケット 約9.3L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型ホッパー容器(ヘルール接続型) HTFJ-CTL-27		
DWG NO.	3-040112-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.
2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp