



REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
△	13/11/01		No. 002584-1	

N1	3S×1S	1	シャワーボール口	シャワーボール、3S×1S取付アダプター、ヘルルキャップ付
N2	3S	1	サイトグラス	SGP-3S付
N3	2S	1	投入口	ヘルルキャップ付
N4	1.5S	1	安全弁、温度計口	異径チーズ、8Aエルボ、安全弁、温度計付
N5	2S	1	バッフル口	バッフル付
N6	3S	1	サイトグラス	SGP-3S付
N7	1.5S	1	ベント口	1Sダイヤフラムバルブ、ヘルルキャップ付
N8	2S	1	攪拌機口	攪拌機付
N9	1.5S	1	圧力計口	圧力計、チーズ、1Sダイヤフラムバルブ、ヘルルキャップ付
N10	1.5S	1	ドレン口	ダイヤフラム式タンク底バルブ、ヘルルキャップ付
N11	15A	1	ジャケット出口	
N12	15A	1	ジャケット入口	

ヘルル接続部は各3Kクランプ、サニクリーンガスケット付

注記  
 容量：80L  
 ジャケット容量：16.3L(排出口まで)  
 最高使用圧力：容器内 0.186Mpa  
 ジャケット内 0.098Mpa  
 設計温度：60℃  
 重量：容器のみ約93kg(上蓋：約24 容器本体：64kg)

15	圧力計	EM/0~0.4MPa	SUS316L	1	
14	チーズ	ISO 1.5S	SUS316L	1	
13	攪拌機	RC-90G5-2S	SUS316L	1	別紙図面
12	ダイヤフラムバルブ	1S 673/25/D8F405E-0	SUS316L	2	
11	バッフル	BF-2S-L550	SUS316L	1	
10	サニタリー安全弁	ISO 8A/SSV-C8EXS	SUS316L	1	
9	温度計	ISO 1.5S/TAC-75/L620	SUS316L	1	
8	エルボ	ISO 8A	SUS316L	1	
7	異径チーズ(S)	ISO 1.5S×8A	SUS316L	1	
6	ヘルルキャップ(B)	ISO 2S	SUS316L	1	
5	一体型サイトグラス	SGP-3S	SUS316L	2	テフロン/PTFE
4	ヘルルキャップ(A)	ISO 1S-1.5S	SUS316L	4	
3	取付アダプター	ISO 3S×1S	SUS316L	1	
2	シャワーボール	SW-1S	SUS316L	1	
1	容器本体	PVOLJ-50-80(S)	SUS316L	1	3-002585

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN	DATE	NAME PVOLJ-50-80(S)組図			
	2013/10/17	DWG NO. 3-002584-1			
CHECKED	DATE	SCALE 1:9 CUSTOMER			
DESIGN	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b> 2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617			